PRÜFSCHEIN

für

Röntgenkamera 70 und ~~110~~

Fabr.-Nr.

Tubus	40771
Grundkörper	41457
R-Objektiv	7373557
Kameraansatz	4290E

Prüfpunkte

1. Anschlußmaße
1.1. Geradtubus
1.2. Grundkörper mit Objektiv
1.3. Kameraansatz
1.4. Kassetten

2. Baueinheiten
Gemäß Bedienungsanleitung zusammensetzbar, verschraubbar, verriegelbar und austauschbar

3. Schutzgüte
3.1. Verkabelung
3.2. Erdungswiderstand
3.3. Spannungsfestigkeit
3.4. Isolationswiderstand
3.5. Strahlenschutz DIN 6811

4. Funktion
4.1. Grundkörper
Bildgüte
Aufbelichtung (über Spiegel bzw. Prisma), Kartenwechsel, Kartenwechselimpuls
4.2. Kameraansatz
Filmeinlegen, Filmlauf, Aufspulen auf Filmkern.
Filmtransportkontrolle, Filmendekontrolle
Zählwerk.
Filmschere: Filmschnitt und 3fach Transport

Programmabläufe für Einzelfilm- und Aufwickelkassette sowie für Speicherkassette (nur bei Kameraansatz 8L automatic)
4.3. Belichtungsautomatik

---

geprüft und in Ordnung befunden

Gütekontrollvermerk

Jena, 30.06.77

VEB Carl Zeiss JENA

5.09/183

396/69